

Phù Yên, ngày 14 tháng 8 năm 2024

Số: 709 /TB-BVĐK
V/v yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo làm căn cứ xây dựng giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- DS: Hà Thị Thu Hương - Trưởng khoa Dược - VTTBYT.

- ĐT: 0972.189.383.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư thiết bị y tế.

- Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nhận qua email: khoaduocvattuthietbiyte@gmail.com

- Số lượng: 03 bản báo giá

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 90 ngày từ ngày 24/8/2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục: Mua hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La yêu cầu báo giá (Có phụ lục I kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp

- Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Công ty chịu chi

phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

3. Thời gian giao hàng dự kiến

Trong vòng 48 giờ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm toàn bộ quá trình bàn giao, chạy thử, nghiệm thu hợp đồng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt, theo số lượng thực tế mua sắm.

5. Các thông tin khác (nếu có)

5.1. Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau

- Báo giá theo mẫu (*chi tiết tại phụ lục II đính kèm*).
- Hợp đồng mua bán tương tự (nếu có)
- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan (nếu có)

5.2. Các quy định đối với báo giá

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo biểu mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- HĐ KHKT BV;
- Đăng tải:
<https://muasamcong.mpi.gov.vn> và
Website bệnh viện;
- Lưu: VT, HST.



Cầm Văn Hiến

PHỤ LỤC I

Danh mục: hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên
 (Kèm theo Thông báo số: 709 /TB-BVĐK ngày 14/8/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên)



STT	Mã số theo nhóm (Theo TT 04/2017)	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	N01.00.000	Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương				
	N01.02.000	1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương				
	N01.02.050	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại				
1	N01.02.050	Dung dịch ngâm quả lọc	- Thành phần: - Peracetic Acid \geq 4% - Hydrogen Peroxide \geq 19.0% - Acetic Acid \geq 4.9%	ml	20,000	
	N03.00.000	Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh				
	N03.03.000	3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác				
	N03.03.080	Kim lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ				



	N03.03.080	Kim chạy thận nhân tạo	Sản xuất từ chất liệu PVC hoặc trong đương. Kim trắng silicone, thành kim siêu mỏng. Cánh xoay hoặc cố định. Tiệt trùng.	Cái	8,000	
	N04.00.000	Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter				
	N04.03.000	4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối				
	N04.03.020	Bộ dây lọc máu các loại, các cỡ				
3	N04.03.020	Dây lọc máu	Dây máu làm từ nhựa dùng trong y tế màng PVC, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP. Dây máu không chứa thành phần cao su tự nhiên. Tiệt trùng bằng EO (Ethylene oxide)	Bộ	1,000	
	N07.00.000	Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa				
	N07.02.000	7.2 Lọc máu, lọc màng bụng				
	N07.02.080	Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ				



5

<p>4</p> <p>N07.02.080</p>	<p>Quả lọc máu</p>	<p>Chất liệu màng Polysulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate Diện tích màng lọc 1,3÷1.6 m² Hệ số siêu lọc: 16÷18 ml/h/mmHg Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước hoặc phương pháp khử trùng an toàn hoặc tiệt khuẩn tia Gamma không oxy. Với tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea 247÷269, Creatinine 220÷242, Phosphate 186÷206, Vitamin B12: 112÷125 Thẻ tích môi : 85÷100</p>	<p>Cái</p> <p>1,000</p>		
<p>N08.00.000</p>	<p>Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác</p>				
<p>N08.00.410</p>	<p>Dịch lọc máu liên tục các loại</p>				



6

5	N08.00.410	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid	<p>Thành phần trong 1lít dung dịch gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natri clorid: $\geq 161,4$ g - Kali clorid: $\geq 5,491$ g - Calci clorid.2H₂O: $\geq 9,745$g - Magnesi clorid.6H₂O: $\geq 3,744$g - Acid acetic băng: $\geq 8,847$g - Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít hoặc nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1 lít <p>Quy cách tối thiểu: Can ≥ 10 lít</p> <p>Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat)</p>
6	N08.00.410	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat)	<p>Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Natri Clorid $\geq 30,58$g - Natri Bicarbonat $\geq 65,94$g - Dinatri Edetate.2H₂O $\geq 0,1$g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1 lít hoặc nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít <p>Quy cách tối thiểu: Can ≥ 10 lít</p> <p>Sử dụng tương thích với dịch A (Acid)</p>
		Lít	20,000
		Lít	25,000
	N10	Nhóm 10. Vật tư y tế khác	



7

7	N10	Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo	Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây	Que	500	
8	N10	Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo	Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian nhúng: 2 giây Thời gian đọc kết quả: 15 giây	Que	500	
9	N10	Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo	Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0,01; 0,5 và 3ppm. Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 35 giây	Que	500	
10	N10	Que thử độ cứng của nước	Que (Test) đo nhanh độ cứng của nước sau khi được làm mềm trong hệ thống xử lý nước RO, với các nồng độ tối	Que	500	



8

thiếu sau: 0, 10, 25, 50 và 120ppm.

Tổng cộng: 10 mặt hàng



PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số: **709/TB-BVĐK** ngày 14/8/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên)

BÁO GIÁ

Trên cơ sở Thông báo số **709/TB-BVĐK** ngày 14/8/2024 của Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên về việc yêu cầu báo giá, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La như sau:

1. Báo giá cho các hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo và dịch vụ liên quan

Danh mục thiết bị y tế (Hoá chất, vật tư)	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lưu hành, số GPNK	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
STT											
1											
2											
....											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

[Lưu ý: Các nhà cung ứng sẽ chào giá tới địa điểm giao hàng (có nghĩa là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, các loại thuế liên quan phải trả nếu được trao Hợp đồng), Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (hàng hóa: hóa chất, vật tư chạy thận nhân tạo)].

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng năm [Ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I- Yêu cầu báo giá].



3. Chúng tôi cam kết

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của thiết bị y tế (*hóa chất, vật tư chạy thận nhân tạo*) nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., Ngày.... tháng.... năm...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất nhà
cung cấp**

(*Ký tên, đóng dấu*)