

Số: 1065/TB-BVPY
Về việc mời chào giá dịch vụ
tư vấn thẩm định giá

Phù yên, ngày 30 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá gói thầu: Mua hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, tỉnh Sơn La theo các thông tin sau:

Tên gói thầu: Mua hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Nội dung: Gói thầu gồm 9 mặt hàng. (Có danh mục chi tiết kèm theo).

Hồ sơ báo giá gồm (Nộp trực tiếp tại Bệnh viện hoặc qua đường bưu điện):

1. Bảng giá dịch vụ tư vấn (Do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu).

+ Bảng báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

+ Bảng báo giá phải có ngày tháng báo giá, hiệu lực báo giá: 90 ngày (Kể từ ngày đơn vị nhận được file báo giá có dấu đỏ qua mail: khoaduocvattuthietbiyte@gmail.com).

2. Hồ sơ năng lực: 01 bộ.

- Thời gian nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025.

- Địa chỉ nhận báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN**

+ Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La;

+ Điện thoại : 02123.864.155;

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Đăng tải: <https://muasamcong.mpi.gov.vn> và Website bệnh viện;

- Lưu: VT, HST.




Vì Duy Hiệp

PHỤ LỤC I


Danh mục: Hoá chất, vật tư chạy thận nhân tạo năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên,

tỉnh Sơn La


(Kèm theo Thông báo số: 1065 /TB-BVPY ngày 30/9/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên)



	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Dung dịch ngâm quả lọc	Thành phần: - Peracetic Acid $\geq 4\%$ - Hydrogen Peroxide $\geq 19.0\%$ - Acetic Acid $\geq 4.9\%$	ml	100.000	
2	Kim chạy thận nhân tạo	Sản xuất từ chất liệu PVC hoặc tương đương. Kim tráng silicone, thành kim siêu mỏng. Cánh xoay hoặc cố định. Tiết trùng.	Cái	10.000	
3	Dây lọc máu	Dây máu làm từ nhựa dùng trong y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP. Dây máu không chứa thành phần cao su tự nhiên. Tiết trùng bằng EO (Ethylene oxide)	Bộ	1.000	
4	Quả lọc máu	Diện tích màng lọc $1,3 \div 1,6 \text{ m}^2$ Hệ số siêu lọc: $1,5 \div 18 \text{ ml/h/mmHg}$ Phương pháp tiết trùng: Hơi nước hoặc tia Gamma. Với tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea $245 \div 269$, Creatinine $219 \div 242$, Phosphate $182 \div 206$, Vitamin B12: $112 \div 125$ Thể tích mỗi (ml) : $73 \div 100$	Cái	1.000	



Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
5	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri clorid: $\geq 161,4$ g - Kali clorid: $\geq 5,491$ g - Calci clorid. $2H_2O$: $\geq 9,745$ g - Magnesi clorid. $6H_2O$: $\geq 3,744$ g - Acid acetic băng: $\geq 8,847$ g - Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít hoặc nước đạt tiêu chuẩn ISO vừa đủ: 1 lít Quy cách tối thiểu: Can ≥ 10 lít Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat)	Lít	20.000	
6	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri Clorid $\geq 30,58$g - Natri Bicarbonat $\geq 65,94$g - Dinatri Edetate. $2H_2O$ $\geq 0,1$g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO vừa đủ: 1 lít hoặc nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít Quy cách tối thiểu: Can ≥ 10 lít Sử dụng tương thích với dịch A (Acid)	Lít	20.000	
7	Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh	Bộ	20	



Tt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
8	Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp	Gạc dệt (100% cotton) màu trắng - Tốc độ hút nước $\leq 5s$ - Độ acid bazo: trung tính - Chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$ - Độ ẩm: $\leq 8\%$ - ISO 13485	Miếng	20.000	
9	Citric Acid	Tinh thể màu trắng, không mùi	Kg	750	
Tổng cộng : 9 mặt hàng./.					