

Số: /TB-BVPY
V/v thông báo mời chào giá

Phù Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh tẩy hoá chất hệ thống nước RO, máy chạy thận nhân tạo và thay thế quả lọc, lõi lọc, vật liệu đa chất sỏi nhỏ, vật liệu làm mềm, đèn cực tím, màng lọc, màng cân bằng, than hoạt tính, phân tích mẫu nước, Endotoxin của Khoa Cấp cứu- HSTC - Chống độc Bệnh viện đa khoa khu vực Phù yên năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Cầm Việt Anh - Chức vụ: Phó phòng TCHC Bệnh viện.
 - Số điện thoại: 0983591126.
 - Mail: vietanhcam@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên.
Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.
 - Nhận qua email: benhvienphuyen@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 03 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 03 năm 2026⁽²⁾
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo bảng sau: *(Phụ lục kèm theo)*

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HST;
- Đăng tải trên trang web bệnh viện;
- Đăng tải trên cổng
<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cầm Văn Hiền

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVPY ngày 03/03/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)

S TT	Hàng hoá / Dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch (DIACAP ULTRA)	Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch(DIACAP ULTRA) Hãng/ nước sx: BBraun/Đức	Cái	08	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên	
2	Lõi lọc 1 micro 20” (Lõi lọc thô)	Thay thế lõi lọc 1 micro 20 - Chiều dài lõi lọc 20 inch (tương đương khoảng 508 mm - Đường kính ngoài khoảng 60 – 63 mm - Đường kính trong khoảng 28 – 30 mm - Kích thước khe lọc khoảng 1µm	Cái	04		
3	Lõi lọc 0,2 micro 20” (Lõi lọc xác khuẩn)	Thay thế lõi lọc 0.2 micro 20 inch - Chiều dài lõi lọc 20 inch (tương đương khoảng 508 mm. Kích thước khe lọc khoảng 0.2µm	Cái	04		
4	Bóng đèn tia cực tím	Bóng đèn tia cực tím 40W tiết khuẩn trong nước.	Cái	01		
5	Vật liệu bình than hoạt tính C16-S.	Thay thế vật liệu bình than hoạt tính - Độ cứngHardness No. (Min.): 90 - Lớn hơn > Lưới 8 (2.36 mm) (Max.): 15% - Nhỏ hơn < Lưới 30 mesh (0.60 mm) (Max.): 4 - Hoạt động bề mặt ea, (N2 BET method2), m2/g: 900 - Cỡ hiệu quả: 0.9 - Kích thước hạt trong khoảng 0.6 mm – 2.36 mm	Lít	120		
6	Vật liệu bình lọc đa chất bình M16-S	Thay thế vật liệu bình lọc đa chất - Phạm vi PH: 6.5 – 8.0 Cát tinh 0.5-0.8 mm Cát thô cỡ 0.9-1.5 mm Vật liệu lọc Anthracite Cát xanh - Greend sand	Lít	120		

7	Vật liệu bình làm mềm C16-S	Thay thế vật liệu bình làm mềm S16-S, Hạt cho cỡ sàng: 16-50 Cỡ sàng 16: 5% Cỡ sàng 50: <1% Dạng hình cầu >93%	Lít	120		
8	Màng lọc RO LB-BW-4040ES	Màng RO LB-BW-4040ES do hãng LG Korea Sản xuất Kích thước (gắn đúng): 4 “Đường kính x 40” L Lưu lượng dòng chảy: 2.500 gpd (9,5 m ³ / ngày). Loại bỏ muối ổn định: 99,5%. Diện tích bề mặt hoạt động: 85 ft ² (7,9 m ²)	Cái	03		
9	Bảo trì máy thận Dialog+	Bảo trì Máy thận Dialog+ 2 lần/ năm (theo danh mục công việc kèm theo)	Máy/ 2 lần/ năm	04		
10	Khử khuẩn toàn bộ đường ống dẫn nước từ hệ thống lọc đến vị trí đặt máy lọc thận và đường ống dẫn nước trở về bình dự trữ	Khử khuẩn bồn chứa và đường ống nước RO cấp cho máy lọc thận nhân tạo Bao gồm:- Hóa chất diệt khuẩn Paracetic Acid (Can/5 lít) .- Kiểm tra tồn dư bằng que test tồn dư hóa chất nhanh Serim	Lần	04		
11	Bảo trì Hệ thống xử lý nước RO 6600	Bảo trì Hệ thống xử lý nước RO 6600 2 lần/ năm (theo danh mục công việc kèm theo)	Hệ thống/ 2 lần/ năm	02		
12	Phân tích mẫu nước hoá lý, vi sinh và	Phân tích mẫu nước hoá lý, vi sinh và Endotoxin (2 mẫu/năm)	Mẫu	02		

Mẫu yêu cầu báo giá

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVPY ngày 03/03/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)

Các nhà thầu thực hiện theo biểu mẫu sau:

TT	Tên hàng hóa, sản phẩm	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 13/03/2026.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu khác tương đương; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
- Giá của các mặt hàng nêu trong giá trị là phù hợp, không bị vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trên là trung thực

Ghi chú: Nhà thầu cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần

.....ngày..... tháng.... Năm 2026
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NHÀ CUNG CẤP
(KÝ, ĐÓNG DẤU)

