

SỞ Y TẾ SƠN LA
BVĐK KHU VỰC PHÙ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-BVPY
Về việc yêu cầu báo giá

Phù Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: **Mua máy đo độ đông máu và máy Holter huyết áp phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên** với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên.

Địa chỉ: tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Tổ tư vấn (Theo quyết định số 396/QĐ-BVPY ngày 4/5/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên).

- Số điện thoại: 0911.216.456 (Ds.Mai)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nhận qua email: phongqlclbvp@bvp.com

4. Số lượng, thời hạn tiếp nhận báo giá

4.1.Số lượng báo giá: Để thuận lợi cho quá trình tổng hợp. Đề nghị quý công ty gửi **02 bản báo giá**, gồm:

- 01 File mềm (Theo mẫu tại phụ lục kèm theo).

- 01 file scan có dấu xác nhận của đơn vị.

4.2. Thời hạn nhận báo giá, hiệu lực báo giá

***Thời gian tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 01/8/2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

***Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đơn vị báo giá.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các quý công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐ KHKT BV;
- Bộ phận CNTT (KS.Việt Anh): Đăng tải: mạng đấu thầu Quốc gia và Website bệnh viện;
- Lưu: VT, HST.

**TUQ.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vì Duy Hiệp

Phụ lục 01

**Danh mục: Mua máy đo độ đông máu và máy Holter huyết áp phục vụ công tác chuyên môn của
Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên**

(Kèm theo Công văn số: /CV - BVPY ngày 31/07/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Số lượng	Ghi chú
1	MÁY HOLTER HUYẾT ÁP I. Yêu cầu chung: - Sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE hoặc tương đương - Nguồn điện làm việc: Phù hợp với điện lưới tại Việt Nam - Môi trường làm việc: Phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam II. Cấu hình: - Đầu ghi holter huyết áp: 05 cái - Bao đo cỡ tiêu chuẩn: 05 cái - Bộ dây đeo và bao đựng: 05 bộ - Hộp đựng: 05 cái - Pin: 05 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 05 bộ - Phần mềm tích hợp phù hợp với đầu ghi holter: 01 bộ.	05	

STT	Danh mục thiết bị y tế	Số lượng	Ghi chú
2	MÁY ĐO ĐỘ ĐÔNG MÁU I.Yêu cầu chung - Máy mới 100%, sản xuất năm 2026 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 II. Cấu hình - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Chiếc - Cuvette: 100 Cái - CD hướng dẫn sử dụng: 01 Cái - Thực hiện xét nghiệm 4 kênh; - Loại máy bán tự động có kết nối hệ thống quản lý dữ liệu (Lis/host)	01	
Tổng số: 02 mặt hàng			

Ghi chú:**1. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản thiết bị y tế:**

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, tỉnh Sơn La.
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt:

+ Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện. Nhà cung cấp phải đóng gói hàng hóa theo đúng yêu cầu và khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao nhận cuối cùng.

+ Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do nhà thầu thực hiện; Các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

2. Chất lượng hàng hóa và các yêu cầu khác

- Thiết bị y tế mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng của hàng hoá: Tối thiểu còn 12 tháng tính từ thời điểm giao hàng hoặc tối thiểu bằng $\frac{1}{4}$ tổng hạn sử dụng của hàng hóa (trường hợp có hạn dùng ngắn hơn, Bên bán chỉ được giao hàng khi bên mua đồng ý).

Phụ lục 02
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: /CV - BVPY ngày 31/7/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên

Trên cơ sở Công văn số: /CV- BV ngày 31/7/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên về việc Yêu cầu báo giá, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá Máy đo độ đông máu và máy Holter huyết áp phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, như sau:

1. Báo giá cho các vật tư, hóa chất và dịch vụ liên quan

STT	Mã VT,HC	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lưu hành/ Số GPNK	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1											
2											
....		Tổng cộng: 02 mặt hàng									

- Mã VT, HC: theo số thứ tự và mã tại phụ lục I, phục vụ công tác thống kê.

[Lưu ý: Các nhà cung ứng sẽ chào giá tới địa điểm giao hàng (có nghĩa là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan, các loại thuế liên quan phải trả nếu được trao Hợp đồng), Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (hàng hóa: hóa chất, vật tư dùng cho máy xét nghiệm)].

2. Báo cáo này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày... tháng...năm ...*[Ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1- Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., Ngày..... tháng..... năm...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất nhà
cung cấp**
(ký tên, đóng dấu)

